



## 水痘-带状疱疹病毒探针法荧光定量 PCR 试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

官方 Q Q：2881498548

官方网址：[www.tw-reagent.com](http://www.tw-reagent.com)

监督电话：021-54845833

### 产品及特点：

水痘-带状疱疹病毒(Varicella-Zoster Virus, VZV) 是一种儿童初次感染引起水痘，恢复后病毒潜伏在体内，少数病人在成人后病毒再发而引起带状疱疹的病毒。水痘是具有高度传染性的儿童常见疾病，多发于 2~6 岁，传染源主要是患者，患者急性期水痘内容物及呼吸道分泌物内均含有病毒。曾患过水痘的病人引起带状疱疹后，初期局部皮肤有异常感，搔痒、疼痛，进而出现红疹、疱疹，串连成带状，以躯干和面部为多见，呈单侧分布，病程约 3 周左右，少数可达数月之久，还有可能出现脑脊髓炎和眼结膜炎等并发症。该病毒对人体健康有长期潜在危害，且该病毒可以有效检测野生株和疫苗株，因此水痘-带状疱疹病毒的快速准确鉴定对该病的预防和检有着重要作用，为此本公司开发了简单快捷的水痘-带状疱疹病毒探针法荧光定量 PCR 检测试剂盒。

1. 即开即用，用户只需要提供样品 DNA 模板。
2. 引物和探针经过优化，灵敏性高。
3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
4. 特异性高，引物是根据水痘-带状疱疹病毒高度保守区设计，不会跟其他病毒 DNA 发生交叉反应。
5. 本产品足够 50 次 20 $\mu$ L 体系的探针法荧光定量 PCR 反应。

### 规格及成分：

| 编号   | 成分   | 规格               |
|------|--|------------------|
| 试剂一  | 2 $\times$ Probe qPCR MagicMix                     | 500 $\mu$ L(本色盖) |
| 试剂三  | 荧光 PCR 专用模板稀释液                                     | 1 mL(黄盖)         |
| 试剂二  | 水痘-带状疱疹病毒 qPCR 引物混合液                               | 100 $\mu$ L(白盖)  |
| 试剂四  | 水痘-带状疱疹病毒 qPCR 探针                                  | 50 $\mu$ L(棕色管)  |
| 试剂五  | 水痘-带状疱疹病毒探针法 qPCR 阳性对照( $1 \times 10^8$ / $\mu$ L) | 50 $\mu$ L(红盖)   |
| 使用手册 |  | 1 份              |

### 运输及保存：

低温运输，-20 $^{\circ}$ C 保存，保存期限为 12 个月。



## 自备试剂：

样品 RNA。

## 使用方法：

### 一、稀释标准曲线样品 (以 10E2-10E7 拷贝/μL 这 6 个 10 倍稀释度为例)：

由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的 DNA 片段作为阳性对照。

1. 标记 6 个离心管，分别为 7, 6, 5, 4, 3, 2。
2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光 PCR 专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同)。
3. 在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E7 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头，在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 换枪头，在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡 1 分钟，得 1×10E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。
6. 放冰上待用。重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。

### 二、样品 DNA 的制备：

7. 如果有 N 个样品，最好设置 N+2 个提取，多出的一个是 PC (样品制备阳性对照)，一个是 NC (样品制备阴性对照)。可以用 10μL 阳性对照的 10000 倍稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为 PC。另外用水作为 NC。
8. 用自选方法纯化样品的 DNA，本试剂盒跟市场上大多数 DNA 提取试剂盒兼容。

### 三、Probe qPCR 反应 (20μL 体系，在样品制备室进行)：

9. 如果做定量分析并且只做 1 次重复，则标记 N+9 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板)，6 个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做 1 次重复，则标记 N+4 个 PCR 管，其中 N+2 个用于上步得到的 N+2 个样品，1 个用于 PCR 阴性对照 (用水做模板)，1 个用于 PCR 阳性对照 (用第 4 号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。

10. 在标记管中按下表加入各成分 (本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加)：

| 成份                      | N+2 个样品管 | PCR 阴性对照管 | 标准曲线样品管(2-7 管) |
|-------------------------|----------|-----------|----------------|
| 2×ProbeqPCRMagicMix     | 10μL     | 10μL      | 各 10μL         |
| 水痘-带状疱疹病毒 qPCR 探针       | 1μL      | 1μL       | 各 1μL          |
| 水痘-带状疱疹病毒探针法 qPCR 引物混合液 | 2μL      | 2μL       | 各 2μL          |
| N+2 个待测 DNA 模板          | 7μL      | --        | --             |
| 超纯水                     | --       | 7μL       | --             |



|                         |    |    |                                     |
|-------------------------|----|----|-------------------------------------|
| 第 7 步所得标准曲线样品稀释液(2-7 号) | -- | -- | 各 7 $\mu$ L(2 号样到 2 号管, 3 号样到 3 号管) |
|-------------------------|----|----|-------------------------------------|

11. 盖上盖子后上机, 按下面参数进行 PCR:

| 过程            | 温度              | 时间                    |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 预变性           | 95 $^{\circ}$ C | 3 min                 |
| PCR 反应 40 个循环 | 95 $^{\circ}$ C | 15 sec                |
|               | 60 $^{\circ}$ C | 1 min(采集 FAM 通道的荧光信号) |

**四、数据处理:**

12. 如果把本试剂盒用于定量检测, 则以阳性对照浓度的 log 值为横轴, 以 Ct 值为纵轴, 绘制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值, 再推算出其浓度。

13. 如果把本试剂盒用于定性检测, 只判断阳性或阴性, 则阴性对照 Ct 必须大于或等于 40。阳性对照必须有荧光对数增长, 有典型扩增曲线, Ct 值应该小于或等于 30。对待测样品, 如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性, 如果小于或等于 35 则为阳性。如果在 35-40 之间, 则重复一次。若重复结果 Ct 值小于 40, 扩增曲线有明显起峰, 该样本判断为阳性, 否则为阴性。

**五、特别提示:**

**本公司的所有产品, 仅可用于科研实验, 严禁用于临床医疗及其他非科研用途!**