

免疫球蛋白 IgG 测定试剂盒(免疫比浊法)

微板法 48 样

产 品 简 介:

该检测基于 IgG 抗体与 IgG 抗原间的反应，形成免疫复合物，在 700nm 波长处检测其浊度变化，其变化程度与样本中的 IgG 含量成正比。

所 需 的 仪 器 和 用 品:

酶标仪、96 孔板、水浴锅、可调式移液器、离心机、蒸馏水。